

备注：本项目提供的预计使用量均为参考用量，实际用量以院方采购为准。

第一包

序号	名称	规格	预计年使用量	技术参数
1	一次性使用医用口罩	系带	60000	1. 供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖使用者的口鼻及下颌，防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定物理屏障。 ★2. 一次性使用医用口罩的标准为 YY/T0969-2013 行业标准。
2	一次性使用医用口罩	挂耳	950000	
3	一次性医用外科口罩	系带	5000	1. 供临床各类人员在有创操作过程中佩戴，覆盖使用者的口鼻及下颌，防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供一定物理屏障。 ★2. 一次性外科口罩应符合国家的标准为 YY0469-2011 行业标准；
4	一次性医用外科口罩	挂耳	5000	
5	一次性使用帽子	30g	100000	由无纺布加工制成，防止医生与患者之间的交叉感染
6	一次性使用帽子	浴帽	90000	由无纺布加工制成，防止医生与患者之间的交叉感染

第二包

序号	名称	参考规格	包装	预计年使用量	技术参数
1	脱脂纱布块	8cm*8cm*8P		800000 块	1. 产品表面应无臭、无味、无霉斑、污渍破洞等缺陷，折叠整齐无毛边。 ★2. 脱脂棉纱布应符合 YY0331-2006 的要求
		10cm*10cm*12P		140000 块	
		5cm*5cm*12P		90000 块	
		2cm*2cm*8P		100000 块	
2	脱脂显影纱布块	10cm*10cm*12P		70000 块	
		5cm*5cm*12P		90000 块	
3	无菌纱布块	10cm*10cm*12P	1 片/包	15000 包	
		8cm*8cm*8P	2 片（开口）/包	70000 包	
		8cm*8cm*8P	5 片/包	260000 包	
		8cm*8cm*8P	2 片/包	220000 包	
		8cm*8cm*8P	10 片/包	18000 包	

4	无菌纱布块	纱球 4 粒	4 粒/包	13000 包	1. 产品表面应无臭、无味、无霉斑、污渍破洞等缺陷，折叠整齐无毛边。 ★2. 脱脂棉纱布应符合 YY0331-2006 的要求
5	医用凡士林纱布	6cm*30cm		24000 块	1. 由医用脱脂棉纱布加适量凡士林、液体石蜡制成。 2. 表面洁净、无杂质、涂抹均匀。 3. 单包装四周密封牢固，不得有漏液现象。
6	一次性使用床单	80cm*200cm		4000 条	1. 缝制医用单针码应均匀平整、无跳线、漏缝开裂等现象。 2. 针距要求 4cm 内不少于 6 针； 3. 采用热合的应四周牢固、无开胶、漏胶现象。 ★4. 采用非织造布应符合 FZ/T64005、FZ/T64004 的相关规定。
7	一次性中单	45cm*45cm		1000 条	1. 缝制医用单针码应均匀平整、无跳线、漏缝开裂等现象。 2. 针距要求 4cm 内不少于 6 针； 3. 采用热合的应四周牢固、无开胶、漏胶现象。 ★4. 采用非织造布应符合 FZ/T64005、FZ/T64004 的相关规定。
		90cm*150cm		7000 条	1. 缝制医用单针码应均匀平整、无跳线、漏缝开裂等现象。 2. 针距要求 4cm 内不少于 6 针； 3. 采用热合的应四周牢固、无开胶、漏胶现象。 ★4. 采用非织造布应符合 FZ/T64005、FZ/T64004 的相关规定。

		60cm*60cm	10 片/包	1000 包	1. 夹纸、消毒级、片型 2. 由绒毛浆、高吸收性树脂、卫生纸、防漏底膜、无纺布、松紧带、胶水、黏贴区、固定贴选择搭配组合而成。
8	治疗巾	45cm*50cm		170000 条	1. 产品表面应洁净，成型平整，不得有破洞、污渍。 2. 非织造布规格应不小于20g/m2。 ★3. 非织造布的性能应符合 FZ/T64004-1993 纺粘法非织造布外观及断裂强力的规定。
		50cm*80cm		100000 条	
9	一次性 无菌保 护套	腔镜套 20cm*160cm		4000 个	用于医疗器械防护使用
		腔镜套 35cm*35cm		1000 个	
		腔镜套 80cm*120cm		40 个	
		DSA 五件套 (球管罩、 无影灯罩、铅 屏罩、操作盘 罩*2)		200 套	
10	一次性 隔离巾	80cm*90cm		900 条	用于医疗器械防护使用
11	石膏棉 纸	6 寸		40000	对病人提供一般性防护。
12	一次性 脑棉	2.5cm*8cm		2000 条	用于脑外科手术时一次性使用。
13	一次性 脑棉	2cm*8cm	10 个/包	1500 包	用于脑外科手术时一次性使用。
14	医用棉 球	小号	500g/包	4000 包	成型整齐，大小均匀，无色斑，污点及异物。
		小号	25g/包	1000 包	成型整齐，大小均匀，无色斑，污点及异物。
		中号	500g/包	150 包	成型整齐，大小均匀，无色斑，污点及异物。
		中号	6 粒/包	3000 包	成型整齐，大小均匀，无色斑，污点及异物。
15	医用脱 脂棉	500g	500g/包	120 包	由棉花经加工而成。

16	医用棉签	10cm*20 支	20 支/包	520000 包	1. 棉签由棉头和竹棒（塑料棒）组合而成，表面应无异物、色斑、污点，无臭、无味。 2. 结合牢固度：棉头与竹棒（塑料棒）应结合牢固，施加 2.5N 的轴向静拉力，棉头与棒不得分离。 ★3. 制造棉签所用医用脱脂棉应符合 YY0330-2002 的要求
17	医用棉签	10cm*50 支	50 支/包	250 包	
18	医用棉签	15cm		76000 支	
19	竹签	15cm		2000 支	竹签应洁净、光滑、无污染、无异味、无虫蛀、无霉变、无腐朽、无破裂、无毛刺。
20	竹签	12cm		1000 支	
21	绷带	4.8cm*600cm		10 卷	1. 表面洁净、无异物、手感柔软、切边整齐、无黄斑及严重织疵等缺陷 ★2. 性能符合 YY0331-2006 标准的规定
22	绷带	6cm*600cm		13000 卷	
23	一次性纱布绷带	6cm*6cm	2 卷/包	3000 包	
24	一次性使用腹带	大、中、小		2500 条	1. 棉质 2. 束紧、固定腹部后能有效消除多余脂肪、瘦身、收腹 3. 减轻局部水肿、疼痛，促进产后、伤后康复。
25	医用纱布垫	35cm*40cm*4P		17000 块	由脱脂棉纱布折叠、缝制加工制成，适用于手术过程中吸收体液，压迫和支撑、保护器官及组织。
26	医用纱布垫	21cm*35cm*2P		18000 块	
27	医用护理垫（棉垫）	25cm*30cm	2 块/包	4000 包	1. 采用脱脂棉纱布、脱脂棉缝合而成，供临床护创、吸湿用。 2. 缝制医用单针码应均匀平整、无跳线、漏缝开裂等现象。 3. 针距要求 4cm 内不少于 6 针； 4. 采用热合的应四周牢固、无开胶、漏胶现象。 ★5. 采用非织造布应符合 FZ/T64005、FZ/T64004 的
		20cm*30cm		8000 块	
		50cm*80cm		400 块	
		15cm*20cm	2 块/包	15000 包	
28	一次性医用护理垫	70cm*150cm		27000 块	

					相关规定。
29	手术切口膜	45cm*30cm 脑外科专用		1000 张	供医院手术切口部位贴用及穿刺保护和留置针的固定。
		45cm*30cm 手术室专用		3000 张	
		30cm*20cm (常规型)		1000 张	
		25cm*35cm 孔式眼科专用		400 张	
30	一次性纱条	2cm*36cm		10 条	1. 本产品由医用脱脂纱布加工制成。 2. 无菌形式供应的纱布块经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。 3. 供临床护创、吸湿。
31	一次性使用产包			250 个	1、一次性手术衣*2（防水） 2、一次性吸水大中单*1（约 180cm*120cm） 3、一次性吸水治疗巾*6（约 60cm*100cm） 4、一次性白色吸水布*1（约 100cm*120cm） 5、一次性裤腿套*2（防水） 6、纱布*10 7、有尾带线纱*1 8、塑料弯盘*1 9、外层包布*2（防水） ★10、承诺可以定制
32	一次性使用手术衣	大号（180）		9000 件	1. 手术衣由 SMS 无纺布制成、袖口处有橡筋、背为全开口由布带扎紧、布带用无纺布热合而成。 2. 手术衣平整、不允许有破洞、污渍、不得有拼接现象。 3. 手术衣的结构应合理、穿脱方便，袖口采用弹性收口、结合严密。
		中号（175）			
		小号（160-170）			

33	一次性手术裤	80*90cm		3000 件	本品由具有一定防护性的无纺布或覆膜无纺布复合制成。用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播。
----	--------	---------	--	--------	---