

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵晓春	
	职称: 教授级高工	
	工作单位: 安医大一附院	
项目信息	项目名称: 铜陵市第四人民医院采购 GE VOLUSON E10 有源面阵凸阵容积探头	
	供应商名称: 安徽丰原铜陵医药有限公司	
专业人员论证意见	院方现有的四维彩超诊断仪主机系统品牌型号为GE VOLUSON E10, 现拟购置一台GE VOLUSON 为保证其接口能够与原主机系统匹配使用以及适用原系统相关组件, 只能采用同品牌探头, 以满足临床检查诊断需求。本次因符合单一来源方式采购的条件。	
专业人员签字	赵晓春	日期 2020年8月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王景
	职称:	副主任医师
	工作单位:	合肥市第三人民医院
项目信息	项目名称:	铜陵市第四人民医院采购 GE VOLUSON E10 有源面阵凸阵容积探头
	供应商名称:	安徽丰原铜陵医药有限公司
专业人员论证意见	院方现有GE维彩E10容积探头，因该探头系统品牌型号为GE Voluson E10，该探头与GE Voluson E10 有源面阵凸阵容积探头，因其为原有探头系统配套使用配件，为保证其兼容性，与原有系统匹配，只配使用以及适用原系统相关配件，只采购同品牌探头，以满足临床超声诊断需求，安徽丰原铜陵医药有限公司，为安徽地区销售授权经销商，针对本次采购具有唯一授权，本项目符合单一来源方式采购的条件。	
专业人员签字	王景	日期2022年8月21日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 唐煜坤	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 安徽医科大学第二附属医院	
项目信息	项目名称: 铜陵市第四人民医院采购 GE VOLUSON E10 有源面阵凸阵容积探头	
	供应商名称: 安徽丰原铜陵医药有限公司	
专业人员论证意见	院方现有的四维彩超为GE E10, 拟采购有源面阵凸阵容积探头1只, 该探头为原有主机系统的专用配件, 为保证其接口能够与原有主机系统匹配使用以及运用原系统相关软件, 只能采购同品牌探头, 以满足临床需求。安徽丰原铜陵医药有限公司为安徽超声销售授权区域分销商针对本采购具有唯一授权。本项目符合单一来源方式采购的条件。	
专业人员签字		日期: 2020年8月7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。